Praxis: (Stempel)	**Dokumentation der internen Qualitätssicherung von qualitativen laboratoriumsmedizinischen Untersuchungen (Rili-BÄK 2014, Teil B 2, Abschnitt 2.1.3)**
	Qualitätskontrolle Urinteststreifen

Zeitraum: **Untersuchung:** Harnscreening **Material:** Urin **Methode:** Remissionsphotometrie / Streifentest

Messgerät: Visuelle Auswertung **Firma:** entfällt

Kontrollprobe: **Hersteller:** **Charge:**

Chargen-Nr. (Streifen)	**Analyt**	**Spez. Gewicht*)1**	**Leuko*)3**	**Nitrit*)4**	**ph-Wert*)2**	**Protein*)5**	**Glucose*)6**	**Keton*)7**	**UBG*)8**	**Bili*)9**	**Ery*)10**	**im zuläss. Bereich** (ja/nein)	**Freigabe** (ja/nein)	**Name** (Kürzel/ Unterschrift	**Bemerkungen** (Korrektur-maßnahmen)
	Zielvorgaben														
	Einheit	**g/cm³**	**/µl**	**--**	**--**	**mg/dl**	**mmol/l mg/dl**	**mmol/l**	**µmol/l mg/dl**	**µmol/l mg/dl**	**/µl**				
12345678	*25.06.2014, 10:40*	*1,005*	*negativ*	*negativ*	*7*	*25*	*50*	*negativ*	*1*	*negativ*	*10*			*M. Muster*	

Methoden/Farbindikatoren:*)1:Bromthymolblau; *)2:Methylrot, Phenolphtalein und Bromthymolblau ; *)3: Diazoniumsalz; *)4: Prinzip der Griess`schen Probe; *)5: Proteinfehler eines pH-Indikators; *)6: Glukoseoxidase/ Peroxidase-Reaktion; *)7: Prinzip der Probe nach Legal; *)8: Diazoniumsalz; *)9: Diazoniumsalz; *)10: Indikator-Oxidation durch Hämoglobin

Qualitätskontrolldaten 5 Jahre aufbewahren!

© Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen (Juli 2017)