



Sächsisches Landesamt für Mess- und Eichwesen

Inhalt

- **Gültigkeit der Eichung von DDR-Zählern**
- **Stichprobenprüfung von Balgengaszählern in Sachsen**



Sächsisches Landesamt für Mess- und Eichwesen

Gültigkeit d. Eichung v. DDR Zählern

➤ Nach

Kapitel III

Sachgebiet C

Abschnitt III

Nr. 4b

des Einigungsvertrages wird die **Gültigkeit der Eichung** vor dem 3.10.90 von den **früheren Vorschriften bestimmt.**



Sächsisches Landesamt für Mess- und Eichwesen

Gültigkeit d. Eichung v. DDR Zählern

➤ DDR Recht bis zum 3.10.90

Die 1. Änderung und Ergänzung zur Liste der
eichpflichtigen Meßmittel (Meßmittelliste) vom
1. November 89

DDR Gesetzblatt, Sonderdruck ST 1156 26.1.90



Sächsisches Landesamt für Mess- und Eichwesen

Gültigkeit d. Eichung v. DDR Zählern

Nach Meßmittelliste von 1989 ergibt sich:

Messmittel	Eichgültigkeit in Jahren
Balgengaszähler	12
Drehkolbengaszähler	12
Turbinengaszähler	12
Wirbelgaszähler	12
Wirkdruckgaszähler	4



Sächsisches Landesamt für Mess- und Eichwesen

Gültigkeit d. Eichung v. DDR Zählern

Nach Meßmittelliste von 1989 ergibt sich:

Messmittel	Eichgültigkeit in Jahren
Drehkolbengaszähler ≥ NB 1500 oder ≥ G 1600	∞
Turbinengaszähler mit Schmiereinrichtung ≥ NB 10000 oder ≥ G 10000	∞




Sächsisches Landesamt für Mess- und Eichwesen

Gültigkeit d. Eichung v. DDR Zählern

Die **Bemerkung** bei **Balgengaszählern** in der Meßmittelliste von 1989 ist **irreführend!**

„für Zählergrößen NB 10 oder G 10 und kleiner Gültigkeitsdauer der Eichung bis 31.12.1990 nicht befristet, ab 1.1.1991 Anwendung variabler Nacheichfristen auf der Grundlage von Stichprobenprüfungen“





Sächsisches Landesamt für Mess- und Eichwesen

Gültigkeit d. Eichung v. DDR Zählern

- **Balgengaszählern** hatten in der Meßmittelliste von 1988 eine Eichgültigkeit von 10 Jahren
- **Zu variablen Eichfristen** auf der Grundlage von Stichprobenprüfungen **ist es nicht gekommen.**



Sächsisches Landesamt für Mess- und Eichwesen

Gültigkeit d. Eichung v. DDR Zählern

Bei **Balgengaszählern** die **vor 1991**
geeicht wurden beträgt die
Gültigkeit der Eichung 12 Jahre!



Sächsisches Landesamt für Mess- und Eichwesen

Eichrechtliche Behandlung v. DDR Zählern

- Nach Artikel 8 des Einigungsvertrages sind die Vorschriften des Eichgesetzes und der Eichordnung seit dem 3.10.90 maßgebend.
- Seit dem 1.1.1991 bestimmt sich die Eichgültigkeit nach **Anhang B der Eichordnung!**



Sächsisches Landesamt für Mess- und Eichwesen

Eichrechtliche Behandlung v. DDR Zählern

Jahr der letzten Eichung	bis NB 6/G 6 ³⁾	NB 10/G 10	> 10
	Jahr, in dem die Eichgültigkeit endet		
1987	1999	1999	
1988	2000	2000	
1989	2001	2001	
1990	2002	2002	
1991	2000 ¹⁾	2003	
1992	2000	2004	
1993	2001	2005	
1994	2002	2006	
1995	2003	2007	



Sächsisches Landesamt für Mess- und Eichwesen

Stichprobenprüfung bei Balgengaszählern

- Das Verfahren zur Stichprobenprüfung von Balgengaszählern (PTB-Mitteilungen 102 4/92) sieht keine Ersatzzähler bei Datenfehlern (z. B. falsches Eichjahr) vor.
- **Änderung**
Bei fehlerhaft geführten Zählern sind Ersatzzähler analog dem Stichprobenverfahren von Elektrizitätszählern zulässig.
PTB-Mitteilungen 110 (2000) Heft 1,
Punkt 5.2 Ersatzgeräte



Sächsisches Landesamt für Mess- und Eichwesen

Stichprobenprüfung bei Balgengaszählern

Ersatz für fehlerhaft geführte Zähler

Stichprobenumfang	Ersatzgeräte
32	2
50	3
80	5
125	8
200	12



Sächsisches Landesamt für Mess- und Eichwesen

Stichprobenprüfung bei Balgengaszählern

WICHTIG! **Sorgfältige Pflege der Zählerdaten**

- Eichjahr
- Ablauf der Eichgültigkeit
- Losnummer



Sächsisches Landesamt für Mess- und Eichwesen

Stichprobenprüfung bei Balgengaszählern

WICHTIG!

Rechtzeitige Anmeldung des Loses

- Anmeldung im 1. Halbjahr des Prüffjahres



Sächsisches Landesamt für Mess- und Eichwesen

Wie erreichen Sie uns?

Sächsisches Landesamt für Mess- und Eichwesen

Hohe Straße 11

01069 Dresden

Tel. (0351) 4780 30

Fax (0351) 4780 499

www.eichbehoerde.sachsen.de

www.eichamt.de

E-Mail: eichdirektion@slme.smwa.sachsen.de

